

Process:
SP: 25.0 C
PV: 25.5
setlin9 stop



SET ^ v OK

- Standard: ASTM D5
- Accuracy: 0.05 °C
- Resolution: 0.1 °C
- Adjustable: 20 – 30 °C

حمام آب

WATER BATH

WB25 V.07

- مطابق با استاندارد ملی ۲۹۵۰
- دقت: ۰/۰۵ درجه سانتی گراد
- ریزنگری: ۰/۱ درجه سانتی گراد
- بازه کاربری: ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد



تجهیزات آزمایشگاهی ناژ

تهران، خیابان پیروزی، پلاک ۶۱۰، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱ - ۳۳۲۵۶۷۸۷

www.nazhco.com